



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 531.154.0032.03.01 FECHA IMP.: 29/10/2024
CLAVE PREI: 000000000011693 HORA IMP.: 16:13:29

NOMBRE GENÉRICO

CALIBRADOR DE DOSIS DE RADIOISÓTOPOS

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

- 1 Descripción:
 - 1.1 Cámara que se emplea para calibrar y dar lectura a las dosis del radiofármaco empleado,
 - 1.1.1 De operación automática y
 - 1.1.2 Lectura digital.
 - 1.1.3 Escala de Curies (Ci) y Becquerel (Bq).
 - 1.1.4 Capacidad para medir diferentes radioisótopos.
 - 1.1.5 Calibración vigente.
 - 1.1.6 Interface para conexión a computadora.
- 2 Accesorios:
 - 2.1 No requiere.
- 3 Consumibles:
 - 3.1 No requiere.
- 4 Instalación:
 - 4.1 No requiere.

Valdó

Mtro. José Ricardo Manjarás Vera
Titular de la División de Evaluación de
Equipamiento

Revisó

Elaboró

Dr. Francisco E. Ortega Arriola
Coordinador de Programas

Ing. Bertha Pérez Sánchez
Coordinador de Programas

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE