



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 531.619.0056.03.01 FECHA IMP.: 29/10/2024
CLAVE PREI: 000000000012040 HORA IMP.: 14:57:59
NOMBRE GENÉRICO

MONITOR DE RADIACION DE PARED.

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1 Descripción:

- 1.1 Monitor de pared para vigilancia de los niveles de radiación gama y detección de los mismos al exceder los límites permisibles para el usuario.
- 1.2 Consta de los siguientes elementos:
 - 1.2.1 Despliegue del nivel de radiación gama en código de luces de colores.
 - 1.2.2 Alarmas audibles y visibles.
 - 1.2.3 Control ajustable. Niveles de indicadores de disparo.
 - 1.2.4 Batería con cargador.

2 Accesorios:

- 2.1 No requiere.

3 Consumibles:

- 3.1 No requiere

4 Instalación:

- 4.1 Alimentación eléctrica 120 V $\pm 10\%$, 60 Hz.

5 Mantenimiento

- 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria

Valido

Mtro. José Ricardo Monjas Vera
Titular de la División de
Evaluación de Equipamiento

Revisó

Elaboró

Dr. Francisco Noriega Arriola
Coordinador de Programas

Ing. Bertha Pérez Sánchez
Coordinadora de Programas