



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO  
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 531.110.0209.02.01 FECHA IMP.: 05/03/2025  
CLAVE PREI: 000000000011656 HORA IMP.: 14:15:53

NOMBRE GENÉRICO

BÁSCULA ELECTRÓNICA

LICITANTE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
LICITACIÓN: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ CATALOGO: \_\_\_\_\_  
CANTIDAD: \_\_\_\_\_ FABRICANTE: \_\_\_\_\_

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Descripción:

- 1.1 Equipo para determinar el peso corporal en neonatos, lactantes y pediátricos.
- 1.1.1 Báscula con despliegue digital del peso en pantalla.
- 1.1.1.1 Capacidad de hasta 20 kg. de peso.
- 1.1.1.2 Lectura en gramos y kilogramos.
- 1.1.1.3 División de 5 gramos o 10 gramos.
- 1.1.1.4 Platillo o charola o bandeja extraíble o interconstruida.
- 1.1.1.5 Funciones:
- 1.1.1.5.1 Tara.
- 1.1.1.5.2 Hold y/o auto hold.
- 1.1.1.6 Indicador de batería baja.
- 1.1.1.7 Desconexión automática.
- 1.1.1.8 Que funcione por medio de:
- 1.1.1.8.1 Alimentación por baterías recargables y
- 1.1.1.8.2 Alimentación por medio de corriente eléctrica.

2 Accesorios:

- 2.1 Cargador de baterías, (incluir marca y número de parte) necesario para el funcionamiento por baterías.
- 2.2 Adaptador de corriente CA/CD de 120V/ 60 Hz, (incluir marca y número de parte) necesario para el funcionamiento por corriente eléctrica.

3 Consumibles:

- 3.1 Batería recargable.

4 Instalación:

- 4.1 Alimentación eléctrica 120 V +/-10%, 60 Hz para el cargador de baterías.

5 Mantenimiento:

- 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Validó

Mtro. José Ricardo Monjas Vera  
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos  
Jefa de Área de Instrumentación de las  
Unidades Médicas

Mtra. Ma. Del Rosario Jaime  
Rodríguez  
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE