



**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 531.292.0258.01.01 FECHA IMP.: 11/02/2025
CLAVE PREI: 000000000011764 HORA IMP.: 19:57:04

**NOMBRE GENÉRICO
CARDIOTOCOGRÁFO**

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____ FABRICANTE: _____

HOJA 1 de 2

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1 Descripción:

- 1.1 Equipo para la detección de frecuencia cardíaca fetal por efecto Doppler, detección del movimiento fetal y actividad uterina por método no invasivo:
 - 1.1.1 Un transductor multicristal para frecuencia cardíaca fetal.
 - 1.1.2 Un transductor para la actividad uterina a prueba de agua.
 - 1.1.3 Registrador térmico con dos canales uno para toco y otro para cardio:
 - 1.1.3.1 Dos velocidades, como mínimo, dentro del rango 1 a 3 cm/min.
 - 1.1.4 Con autoprueba.
 - 1.1.5 Despliegue numérico en pantalla de:
 - 1.1.5.1 Latidos/minuto fetal con rango de 30 a 240 o mayor.
 - 1.1.6 Despliegue en pantalla y registro en papel de la actividad uterina.
 - 1.1.7 Despliegue en pantalla y registro en papel de la detección del movimiento fetal en forma manual y automática con fecha y hora.
 - 1.1.8 Procesado de la señal por autocorrelación.
 - 1.1.9 Indicador de la calidad de la señal.
 - 1.1.10 Alarmas configurables por el usuario.
 - 1.1.11 Alarmas audibles y visuales para:
 - 1.1.11.1 Alarmas técnicas.
 - 1.1.11.2 Alarmas fisiológicas o del paciente.
 - 1.1.12 Con estimulador acústico para provocar movimientos fetales de la misma marca del equipo ofertado o compatible con el equipo propuesto (incluir marca, modelo y/o número de parte).
 - 1.1.13 Capacidad de incrementar su nivel tecnológico.
 - 1.1.14 Interfaz para monitores y otros sistemas de información.

2 Accesorios:

- 2.1 Cuatro cinturones reusables para sujeción de transductores. (Incluir marca y número de parte).
- 2.2 Carro de transporte (para uso exclusivo del equipo ofertado) con ruedas y freno en al menos dos ruedas (incluir marca, modelo y/o número de parte).

3 Consumibles:

- 3.1 Papel térmico cuatro rollos o 3,000 hojas plegadas. (incluir marca), para uso en el equipo ofertado.
- 3.2 Gel conductor 5 frascos de 300 ml cada uno. (Incluir marca).

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

HYB



**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 531.292.0258.01.01 FECHA IMP.: 11/02/2025
CLAVE PREI: 000000000011764 HORA IMP.: 19:57:04
NOMBRE GENÉRICO
CARDIOTOCOGRÁFO

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____ FABRICANTE: _____
HOJA 2 de 2

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

4 Instalación:

4.1 Alimentación eléctrica 120 V +/-10%, 60 Hz.

5 Mantenimiento.

5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Validó

Mtro. José Ricardo Monjarás Vera
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las
Unidades Médicas

Mtra. Ma. Del Rosario Jaime
Rodríguez
Coordinadora de Programas de Enfermería

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE