



**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 531.614.0374.01.01 FECHA IMP.: 28/02/2025
CLAVE PREI: 000000000012018 HORA IMP.: 15:00:13

NOMBRE GENÉRICO

PAQUÍMETRO ULTRASÓNICO

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____ FABRICANTE: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

- 1. Descripción:**
 - 1.1 Paquímetro ultrasónico para realizar medidas en el espesor corneal.
 - 1.1.1 Con resolución de un micrón.
 - 1.1.2 Precisión de biometría $\pm 5\mu\text{m}$.
 - 1.1.3 Alcance de la medición 200-1200 μm .
 - 1.1.2 Un transductor angulado o recto.
 - 1.1.3 Con modo de lectura automático.
 - 1.1.4 Despliegue digital de medida actual y calculada.
- 2. Accesorios**
 - 2.1 Batería recargable de repuesto con cargador con alimentación eléctrica de 120V +/- 10%, 60 Hz, compatibles con el paquímetro Ultrasónico ofertado (en caso de ofertar equipo con alimentación eléctrica por baterías).
- 3. Consumibles:**
 - 3.1 No requiere.
- 4. Instalación:**
 - 4.1 Alimentación eléctrica 120 V +/- 10%, 60 Hz.
- 5. Mantenimiento.**
 - 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Valido

Mtro. José Ricardo Monjarás Vera
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las
Unidades Médicas

Dra. Perla Patricia Hernández Anica
Coordinadora de Programas Médicos

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

HY