



**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 531.616.5082.02.01 FECHA IMP.: 25/07/2025
CLAVE PREI: 000000000012035 HORA IMP.: 10:32:40

NOMBRE GENÉRICO
MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN PROCTOLÓGICA

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 2

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Descripción:

- 1.1 Equipo semifijo para realizar la exploración física del paciente y realizar procedimientos proctológicos.
- 1.2 Que soporte un peso de 180 Kg o mayor.
- 1.3 Mesa con base, columna y rieles laterales:
 - 1.3.1 Tablero giratorio.
- 1.4 Con las siguientes dimensiones:
 - 1.4.1 Altura de 80 cm., como mínimo.
 - 1.4.2 Longitud de 185 cm., como mínimo.
 - 1.4.3 Ancho de 68 cm., como mínimo.
- 1.5 Con dos secciones como mínimo con:
 - 1.5.1 Cabecera.
 - 1.5.2 Dorso.
- 1.6 Pelvis y miembros pélvicos abatibles y carga mínima de 80 kg. En esta sección.
- 1.7 Colchón fijo de una sola pieza con un espesor de 8 cm ($\pm 5\%$) para el dorso, pelvis y miembros pélvicos.
 - 1.7.1 Fabricado en Poliuretano micro-celular inyectado modelado calidad automotriz, de 50 kg/m³ como mínimo, con norma de flamabilidad MVSS-302.
 - 1.7.2 Repelente a líquidos.
 - 1.7.3 Antibacterial.
 - 1.7.4 Retardante al fuego.
- 1.8 Sistema de acción electro-hidráulica de movimientos:
 - 1.8.1 Elevación y descenso.
 - 1.8.2 Trendelemburg.
- 1.9 Sistema articular:
 - 1.9.1 Entre las placas pélvicas y de miembros pélvicos para dar posición proctológica o de navaja sevillana.
- 1.10 Apoya rodillas para posición proctológica.
 - 1.10.1 Con ajuste horizontal y vertical.

2 Accesorios:

- 2.1 Poste para infusiones.
- 2.2 Soporte para brazo.
- 2.3 Cinturón para sujeción de pacientes.
- 2.4 Rodillo para posición proctológica o soporte iliaco.
- 2.5 Manivelas.

3 Consumibles:

- 3.1.1 No requiere.

4 Instalación.

- 4.1 Corriente eléctrica 120 V \pm 10%, 60 Hz.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 531.616.5082.02.01 FECHA IMP.: 25/07/2025
CLAVE PREI: 000000000012035 HORA IMP.: 10:32:40
NOMBRE GENÉRICO
MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN PROCTOLÓGICA

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 2 de 2

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

5 Mantenimiento.

5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Validó

Mtro. José Ricardo Monjarás Vera
Titular de la División de Evaluación de
Equipamiento

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las
Unidades Médicas

Mtro. Roberto Manuel Linares
Zamora
Coordinador de Programas Nivel
Central E1

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE