



**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 531.641.0082.03.01 FECHA IMP.: 11/02/2025
CLAVE PREI: 000000000012062 HORA IMP.: 19:02:44
NOMBRE GENÉRICO
NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 2

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1 Descripción:

- 1.1 Nebulizador de reservorio reutilizable y desarmable en todas sus partes.
- 1.2 Con capacidad para suministrar humedad o aerosolterapia.
- 1.3 Cabezal con sistema de nebulización.
- 1.4 Tamaño de partículas de 5 micras o menor.
- 1.5 Válvula de seguridad para sobrecalentamiento.
- 1.6 FiO₂ regulable.
- 1.7 Orificio con tapa para llenado de la jarra.
- 1.8 Flujo normal.
- 1.9 Jarra transparente:
 - 1.9.1 Con base
 - 1.9.2 Disco con rosca para sujetar la placa y el empaque.
 - 1.9.3 Capacidad en mililitros.
 - 1.9.4 Marcas de llenado.
- 1.10 Sistema térmico de placa externa para colocarse en la base de la jarra.
 - 1.10.1 Con clips para sujetarse a la jarra que puedan ajustarse.
 - 1.10.2 Control para regular la temperatura.
 - 1.10.3 Ajuste de la temperatura con escala y equivalencia en grados Celsius y Fahrenheit.
- 1.11 Fusible térmico para evitar sobrecalentamiento.
- 1.12 Interruptor de encendido y apagado iluminado.
- 1.13 Cable para conectar a la corriente alterna.
- 1.14 Manguera flexible.
- 1.15 Conectores para la salida del nebulizador y la entrada de la tienda facial.

2 Accesorios:

- 2.1 Dos (2) mangueras de alta presión con conector neumático universal de acuerdo a DISS para oxígeno.
- 2.2 Una (1) manguera flexible.

3 Consumibles:

- 3.1 Diez (10) piezas de tienda facial desechable tamaño pediátrico con sujetador a la cabeza.
- 3.2 Diez (10) piezas de tienda facial desechable tamaño adulto con sujetador a la cabeza.
- 3.3 Cinco (5) empaques para la base de la jarra.
- 3.4 Tres (3) tubos corrugados reutilizables.
- 3.5 Un (1) filtro.

4 Instalación:

- 4.1 Alimentación eléctrica 120 V +/- 10%, 60 Hz.



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 531.641.0082.03.01 FECHA IMP.: 11/02/2025
CLAVE PREI: 000000000012062 HORA IMP.: 19:02:44
NOMBRE GENÉRICO
NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 2 de 2

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

5 Mantenimiento:

5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Validó

Mtro. José Ricardo Monjarás Vera
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las Unidades Médicas

Mtra. María Isabel Medina Álvarez
Coordinadora de Programas

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE