



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 531.884.0153.03.01 FECHA IMP.: 11/02/2025
CLAVE PREI: 000000000012166 HORA IMP.: 19:08:04

NOMBRE GENÉRICO
TRACCIÓN CÉRVICO-PELVICO TORÁCICA, EQUIPO PARA

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

- 1 Descripción:
 - 1.1 Consola de mando electromecánico para
 - 1.1.1 Tracción cervical, torácica y pélvica.
 - 1.2 Modos de aplicar tracción:
 - 1.2.1 Intermitente.
 - 1.2.2 Continua.
 - 1.2.3 Progresiva.
 - 1.3 Control de tiempo de tracción y descanso.
 - 1.3.1 Tiempo de tratamiento de 0 a 30 minutos o mayor
 - 1.4 Control para interrupción de tratamiento.
 - 1.5 Fuerza de tracción ajustable.
 - 1.6 Velocidad de tracción progresiva.
 - 1.7 Cinturones de sujeción a nivel:
 - 1.7.1 Cervical.
 - 1.7.2 Torácica.
 - 1.7.3 Pélvica.
 - 1.8 Mesa de altura variable.
 - 1.8.1 Ajustable para tratamiento de tracción.
 - 1.8.2 Con barra sujetadora.
 - 1.8.3 Ruedas de la mesa con frenos o patas con estabilizadores.
 - 1.8.4 Ajustable a varios ángulos.
 - 1.8.5 Barra espaciadora o gancho para tracción cervical.
 - 1.8.6 Fronda cervical.
 - 1.8.9 Almohada cervical.
- 2 Accesorios:
 - 2.1 No requiere.
- 3 Consumibles:
 - 3.1 No requiere.
- 4 Instalación.
 - 4.1 Alimentación eléctrica: 120 V \pm 10%, 60 Hz.
- 5 Mantenimiento.
 - 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Validó

Mtro. José Ricardo Monjarás Vera
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las
Unidades Médicas

Mtro. Roberto Manuel Linares
Zamora
Coordinador de Programas

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE