



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 533.424.0024.02.01 FECHA IMP.: 11/02/2025
CLAVE PREI: 000000000012268 HORA IMP.: 19:17:20
NOMBRE GENÉRICO
FLEXOEXTENSOR DE MUÑECA

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

- 1 Descripción:
 - 1.1 Flexoextensor de muñeca:
 - 1.1.1 Adaptable a pared o mesa.
 - 1.1.2 Para ejercicios de flexión y extensión de la muñeca.
 - 1.1.3 Para mejorar arcos de movimiento y potencia muscular.
 - 1.2 Cilindros metálicos para adulto con tres diámetros diferentes.
 - 1.2.1 Fricción libre y,
 - 1.2.2 Ajustable.
- 2 Accesorios:
 - 2.1 No requiere.
- 3 Consumibles:
 - 3.1 No requiere.
- 4 Instalación:
 - 4.1 Alimentación eléctrica 120 V +/- 10%, 60 Hz.
- 5 Mantenimiento:
 - 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Valido

Mtro. José Ricardo Monjarás Vera
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las
Unidades Médicas

Mtro. Roberto Manuel Linares
Zamora
Coordinador de Programas

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE